

**ПРОТОКОЛ № 99**  
**итогов повторного закупа медицинской техники на 2024 год**  
**для КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница»**  
**способом проведения тендера.**

г. Павлодар

17 октября 2024 года

В соответствии с условиями Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года №110 (далее – Правила), тендерная комиссия в составе:

1. Байдрахимов Г.Б. – заместитель директора по по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница», председатель;

2. Алтенов К.С. – заместитель директора по качеству медицинских услуг КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр», заместитель председателя;

3. Байкетаева М.К. – заместитель руководителя по сестринскому делу КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №3», член комиссии;

4. Бакиров Е.С. – главный специалист Управления здравоохранения Павлодарской области, член комиссии;

5. Акильжанов К.Р. – заместитель директора по медицинской части КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1», член комиссии

Мергалимова А.А. – бухгалтер КГП на ПХВ «Павлодарская областная детская больница», секретарь тендерной комиссии,

подвели итоги повторного закупа медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования на 2024 год, способом проведения тендера.

**1. Наименование, краткое описание повторно закупаемой медицинской техники по лотам и сумма закупа:**

№ лота	Наименование	Ед. изм	Кол-во	Сумма, выделенная для закупа, тенге
1	Кровать медицинская многофункциональная электрическая	комплект	10	71 185 220,00
2	Кровать медицинская многофункциональная электрическая с 4-мя моторами	комплект	14	40 928 846,00
3	Открытая реанимационная система/обогреватель для новорожденных	комплект	1	10 950 000,00
4	Неонатальная открытая реанимационная система обогреватель для новорожденных с мониторингом	комплект	6	90 000 000,00
5	Монитор пациента взрослый	комплект	4	18 788 000,00
6	Многофункциональный монитор пациента неонатальный	комплект	5	26 080 000,00
7	Неинвазивный неонатальный аппарат искусственной вентиляции легких	комплект	3	41 862 000,00
8	Хирургический аспиратор гинекологический	комплект	3	5 263 248,00
9	Многофункциональный монитор пациента	комплект	2	32 100 000,00
10	Фетальный специализированный акушерский монитор	комплект	6	24 852 000,00

**2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:**

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика
1	ТОО «Lifetech»	г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, д. 41/49, оф. 309
2	ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN»	г. Кокшетау, ул. Гагарина, 92/27





3	TOO «DALEON»	г. Алматы, микрорайон Самғау, ул. Куренбел, дом 51
4	TOO «Алаш-KZ»	г. Павлодар, ул. Луначарского, строение 44/2, каб. 13
5	TOO «U.M.C. Kazakhstan»	г. Алматы, район Ауэзовский, мкр. 10, дом 32
6	TOO «QazPharm LLP»	г. Экибастуз, ул. Машхур Жусупа, здание 53А
7	TOO «Life medical solutions»	г. Алматы, пр. Сейфуллина, дом 404/67
8	TOO «Туран»	Туркестанская область, Сайрамский район, с. Карасу, ул. Жибек Жолы, здание №175А
9	TOO «MedTechService»	г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-н Аксай 3 «А», дом 59, кв. 7
10	TOO «ОрдаМед Павлодар»	г. Павлодар, ул. Торайгырова, строение 1/3, офис №11
11	TOO «МЕД.СТОМ.СЕРВИС»	г. Астана, ул. Кабанбай батыра, дом 46, кв. 80
12	TOO «МедМаркет-Эксперт»	г. Уральск, ул. Сарайшык, 56/1
13	ИП Кабанов А.А.	г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, дом 84, кв. 39
14	ИП MEDGROUP	г. Шымкент, ул. Мельникайте, 14а

**3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки.** Тендерная комиссия рассмотрела представленные тендерные заявки потенциального поставщика на соответствие условиям, предусмотренным пунктами 8, 9 и 11 Правил (Приложение 1).

**4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки** в соответствии с тендерной документацией:

- Потенциальный поставщик **TOO «Lifetech»**, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, д. 41/49, оф. 309:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
1	Кровать медицинская многофункциональная электрическая в варианте исполнения PIONEER CLW	комплект	7 118 000,00	MEYSA TIBBI SİHAZLAR SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKETİ, Турция	PK МИ(МТ)-0№025422
2	Кровать медицинская многофункциональная электрическая в варианте исполнения PIONEER 4.2 CARE	комплект	2 920 000,00	MEYSA TIBBI SİHAZLAR SANAYI VE TICARET ANONİM SİRKETİ, Турция	PK МИ(МТ)-0№025422
3	Открытая реанимационная система/ обогреватель для новорожденных Sunflower	комплект	10 900 000,00	Atom Medical Corporation, Япония	PK-МТ-5№020110

- Потенциальный поставщик **ИП «ТД МЕДТЕХНИКА QAZAQSTAN»**, г. Кокшетау, ул. Гагарина, 92/27:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
10	Монитор фетальный, вариант исполнения: C22	комплект	3 970 000,00	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай	PK МИ (МТ)-0№024519

- Потенциальный поставщик **TOO «DALEON»**, г. Алматы, микрорайон Самғау, ул. Куренбел, дом 51:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
8	Электрический отсасывающий насос в вариантах исполнения Eurovac H-90 в комплекте	комплект	1 750 000,00	HERSILL, S.L., Испания	PK-МТ-7№011635

- Потенциальный поставщик **TOO «Алаш-KZ»**, г. Павлодар, ул. Луначарского, строение 44/2, каб. 13:

*Сул Аманжол*

*С.С.*

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
1	Кровать пациента с электрическим, механическим приводом серии NITRO HB 8000	комплект	4 848 000,00	GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция	PK-MT-5№020644
2	Кровать пациента с электрическим, механическим приводом серии NITRO HB 8140	комплект	2 535 000,00	GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция	PK-MT-5№020644
3	Открытое реанимационное место серии VAV-IW	комплект	7 920 000,00	TENDE ELEKTRONIK YAZILIM MUHENDISLIK ILETISIM MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Турция	PK МИ (MT)-0№026371
4	Открытое реанимационное место серии VAV-IW В комплекте с Многофункциональный прикроватный монитор пациента в исполнении: S12	комплект	13 409 000,00	TENDE ELEKTRONIK YAZILIM MUHENDISLIK ILETISIM MAKINA SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, Турция/ Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd., Китай	PK МИ (MT)-0№026371, PK-МИ (MT) - №023611
5	Многофункциональный прикроватный монитор пациента в исполнении: S12	комплект	3 210 000,00	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd., Китай	PK-МИ (MT) - №023611
6	Многофункциональный прикроватный монитор пациента в исполнении: S12 (неонатальный)	комплект	4 502 000,00	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd., Китай	PK-МИ (MT) - №023611
9	Монитор пациента в исполнении P18	комплект	11 581 000,00	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd., Китай	PK МИ (MT)-0№024657

- Потенциальный поставщик **ТОО «U.M.C. Kazakhstan»**, г. Алматы, район Ауэзовский, мкр. 10, дом 32:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
4	Неонатальная открытая реанимационная система обогреватель для новорожденных с мониторингом U.M.C-KZ с принадлежностями, вариант исполнения модель: BQ80	комплект	14 960 000,00	ТОО «U.M.C. Kazakhstan», Казахстан	PK-МИ(MT)-№023668
5	Многофункциональный монитор пациента U.M.C-KZ различных вариантов исполнения в комплекте с принадлежностями: C86	комплект	4 600 000,00	ТОО «U.M.C. Kazakhstan», Казахстан	PK-МИ(MT)-№023443
6	Многофункциональный монитор пациента U.M.C-KZ различных вариантов исполнения в комплекте с принадлежностями: C60	комплект	5 198 000,00	ТОО «U.M.C. Kazakhstan», Казахстан	PK-МИ(MT)-№023443
7	Неонатальные вентиляторы, варианты исполнения: NV9	комплект	13 704 000,00	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай	PK-МИ (MT)-№023046
9	Многофункциональный монитор пациента U.M.C-KZ различных вариантов исполнения в комплекте с принадлежностями: K18 pro	комплект	15 380 000,00	ТОО «U.M.C. Kazakhstan», Казахстан	PK-МИ(MT)-№023443
10	Фетальный монитор с доплером, для матери и плода, модульный, U.M.C-KZ различных вариантов исполнения в комплекте с принадлежностями модель: C22	комплект	3 990 000,00	ТОО «U.M.C. Kazakhstan», Казахстан	PK-МИ(MT)-№023443

*Handwritten signatures in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

- Потенциальный поставщик **ТОО «QazPharm LLP»**, г. Экибастуз, ул. Машхур Жусупа, здание 53А:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
1	Функциональная кровать для интенсивной терапии с 4 моторами на колоннах с системой взвешивания пациента Модель: PIONEER CLW	комплект	6 900 000,00	MEYSA TIBBI CIHAZLAR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Турция	PK МИ(МТ)-0№025422
2	Функциональная кровать для интенсивной терапии пациента с 4 моторами Модель: PIONEER 4.2 CARE	комплект	2 800 000,00	MEYSA TIBBI CIHAZLAR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Турция	PK МИ(МТ)-0№025422
4	Обогреватель инфракрасный для новорожденных в комплекте с принадлежностями Модель: BQ80	комплект	13 500 000,00	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай	PK МИ(МТ)-0№026180
5	Монитор пациента мультипараметрический в комплекте с принадлежностями Модель: C86	комплект	4 300 000,00	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай	PK МИ(МТ)-0№025175
6	Многофункциональный монитор пациента U.M.C- KZ различных вариантов исполнения в комплекте с принадлежностями Модель: C60	комплект	4 700 000,00	ТОО «U.M.C. Kazakhstan», Казахстан	PK-МИ(МТ)-№023443
7	Неонатальный вентилятор Модель: NV9	комплект	11 500 000,00	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай	PK-МТ-0№023046
9	Многопараметрический монитор пациента в комплекте с принадлежностями Модель: K18Pro	комплект	14 100 000,00	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай	PK МИ(МТ)-0№027279
10	Монитор фетальный Модель: C22	комплект	3 100 000,00	Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd., Китай	PK МИ(МТ)-0№024519

- Потенциальный поставщик **ТОО «Life medical solutions»**, г. Алматы, проспект Сейфуллина, дом 404/67:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
2	Кровать пациента с электрическим, механическим приводом серии NITRO HB 8000	комплект	2 450 000,00	GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция	PK-МТ-5№020644

- Потенциальный поставщик **ТОО «Туран»**, Туркестанская область, Сайрамский район, с. Карасу, ул. Жибек Жолы, здание №175А:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
1	Кровать реанимационная HB02-L	штука	2 350 000,00	Mone Medikal Tic. ve San. A.S., Турция	PK-МИ(МТ)-№014084
2	Кровать пациента с электрическим, механическим приводом серии NITRO HB 8000	комплект	2 450 000,00	GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция	PK-МТ-5№020644

*Sup A. M. M. M.*

*Ar*

- Потенциальный поставщик **ТОО «MedTechService»**, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр-н Аксай 3 «А», дом 59, кв. 7:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
10	Фетальный монитор (кардиотокограф) матери и плода F9 Express	комплект	3 867 570,00	Edan Instruments, Inc., Китай	PK-MT-5№022659

- Потенциальный поставщик **ТОО «ОрдаМед Павлодар»**, г. Павлодар, ул. Торайгырова, строение 1/3, офис №11:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
3	Обогреватель медицинский детский JW-W2000	комплект	7 500 000,00	JW BIO SCIENCE CORPORATION, Республика Корея	PK-MT-5№018915
6	Монитор пациента BM7	комплект	4 990 000,00	Bionet Co., Ltd, Республика Корея	PK-MT-5№015927
9	Монитор пациента BM7	комплект	13 275 000,00	Bionet Co., Ltd, Республика Корея	PK-MT-5№015927

- Потенциальный поставщик **ТОО «МЕД.СТОМ.СЕРВИС»**, г. Астана, ул. Кабанбай батыра, дом 46, кв. 80:


№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
1	Кровать медицинская многофункциональная LE-12 в различных вариантах исполнения с принадлежностями	комплект	6 400 000,00	FAMED Zywiec Sp.z.o.o., Польша	PK МИ(МТ)-0№024855
2	Кровать медицинская многофункциональная Nexo в различных вариантах исполнения с принадлежностями	комплект	2 550 000,00	FAMED Zywiec Sp.z.o.o., Польша	PK МИ(МТ)-0№024855

- Потенциальный поставщик **ТОО «МедМаркет-Эксперт»**, г. Уральск, ул. Сарайшык, 56/1:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
6	Многофункциональный прикроватный монитор пациента в исполнении: S12	комплект	2 780 000,00	Guangdong Biolight Meditech Co., Ltd., Китай	PK-МИ (МТ)-№023611
10	Фетальный монитор серии F90	комплект	3 208 000,00	Guangdong BiolightMeditech Co., Ltd., Китай.	PK-MT-5№020114

- Потенциальный поставщик **ИП Кабанов А.А.**, г. Усть-Каменогорск, ул. Крылова, дом 84, кв.39:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
1	Кровать пациента с электрическим приводом NITRO HB 8000	комплект	3 890 000,00	GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция	PK-MT-5№020644




2	Кровать пациента с электрическим приводом NITRO HB 8140	комплект	2 020 000,00	GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция	PK-MT-5№020644
3	Открытое реанимационное место для новорожденных BLR-2100	комплект	10 200 000,00	MEDICOR Elektronika Zrt., Венгрия	PK МИ(МТ)-0№026133

- Потенциальный поставщик **ИП MEDGROUP**, г. Шымкент, ул. Мельникайте, 14а:

№ лота	Наименование	Ед. изм.	Цена за единицу, тенге	Производитель, страна	Номер регистрационного удостоверения
1	Кровать пациента с электрическим приводом серии NITRO HB 8000	комплект	3 390 000,00	GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция	PK-MT-5№020644
2	Кровать пациента с электрическим приводом серии NITRO HB 8140	комплект	1 860 000,00	GOKLER MOBILYA MEDIKAL VE SAGLIK HIZMETLERI, Турция	PK-MT-5№020644

#### 5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

- соответствие потенциального поставщика условиям Правил;
- представление гарантийного обеспечения тендерной заявки в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации;
- соответствие тендерной заявки условиям тендерной документации;
- цены тендерных заявок потенциальных поставщиков в соответствии с суммой, выделенной для закупа;
- соответствие технических характеристик потенциальных поставщиков условиям тендерной документации.

В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков условиям Правил в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации.

#### 6. Основания отклонения тендерных заявок:

Отклонить тендерную заявку ТОО «Алаш-KZ» по лоту № 1 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика: нет данных об изменении высоты кровати, о силе двигателя в прикроватной секции, о тяге двигателя в ножной части, заявленные габариты не соответствуют параметрам заказчика); по лоту № 2 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика: лифтовый механизм ножничного типа, наклон бедренной секции до 30 градусов и коленной секции до 15 градусов, нет информации о внутренних габаритах кровати, антистатичности колес и т.д.); по лоту № 3 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика: нет информации о диапазоне установки выходной мощности обогревателя, доступ к новорожденному возможен только с 3-х сторон, нет информации об установке поддона для рентген кассеты с 3-х сторон, о наличии ротационных амортизаторов для открывания передних и боковых стенок, в заявленной медицинской технике имеется только 2 порта для подведения шлангов и кабелей, нет информации о возможной весовой нагрузке, лампа фототерапии встроен в блок излучающего обогревателя и имеет 20 диодов только для фототерапии, отсутствует встроенный таймер облучателя, отсутствует режим переключения облучателя в смотровую лампу); по лоту № 6 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (заявленные потенциальным поставщиком параметры не соответствуют технической спецификации заказчика: не соответствуют параметры измеряемого давления, точности измерений; в комплектации по

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

регистрационному удостоверению отсутствуют ЭКГ на 12 отведений, перезаряжаемая литий-ионная батарея).

Отклонить тендерную заявку ТОО «U.M.C. Kazakhstan» *по лоту № 6* на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (в пункте 4 технической спецификации указан ИНКОТЕРМС 2010).

Отклонить тендерную заявку ТОО «QazPharm LLP» *в целом* на основании подпункта 2) пункта 62 Правил - непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций, или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных Правилами (копия устава нечитабельна); *по лоту № 7* на основании подпункта 15) пункта 62 Правил - непредставления ценового предложения либо представления ценового предложения не по форме, согласно приложению 2 к Правилам (ценовое предложение потенциального поставщика не подписано).

Отклонить тендерную заявку ТОО «Life medical solutions» *по лоту № 2* на основании подпункта 11) пункта 62 Правил - если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье (в технической спецификации потенциального поставщика указана электрическая регулировка продольных наклонов ложа в пределах +/- 16 градусов, однако в регистрационном досье угол наклона ложа указывается в пределах от мин. 12 до макс. 18 градусов; регулировка секции спины заявлена в пределах 0°-70°, в регистрационном досье указан параметр до 85°).

Отклонить тендерную заявку ТОО «Туран» *по лотам № 1 и № 2* на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации и Правил (технические спецификации потенциального поставщика не соответствуют параметрам заказчика; в пункте 4 технических спецификаций указан ИНКОТЕРМС 2010).

Отклонить тендерную заявку ТОО «MedTechService» *по лоту № 10* на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (форма технической спецификации не соответствует форме тендерной документации).

Отклонить тендерную заявку ТОО «ОрдаМед Павлодар» *по лоту № 3* на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (мощность обогревателя 650 Вт, вместо требуемых не более 500Вт; отсутствуют ротационные амортизаторы для открывания передних и боковых стенок; возможность установки поддона для рентген кассеты только с правой стороны, вместо требуемой возможности установки поддонов с трех сторон; в заявленной технической спецификации указан один порт на задней стенке платформы, вместо требуемых не менее трех портов; доступ к новорожденному возможен с трех сторон, вместо требуемых четырех сторон; отсутствует информация о наличии в комплектации чехла для защиты ложа от пыли и рельс для крепления оборудования с нагрузкой до 20 кг; заявленный модуль фототерапии имеет 8 синих светодиодов и 2 светодиода белого цвета, вместо требуемых не менее 16 светодиодов для фототерапии и не менее 6 светодиодов для освещения; время работы аппарата 20 000 часов, вместо требуемых не менее чем 60 000 часов; в комплектации отсутствует фиксатор датчика температуры с гидрогелем); *по лоту № 6* на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (не соответствуют физические характеристики, метод импеданса, диапазон отображаемых значений, диапазоны систолического, диастолического и среднего давления; некоторые дополнительные комплектующие отсутствуют в комплектации по регистрационному удостоверению и т.д).


Отклонить тендерную заявку ТОО «МЕД.СТОМ.СЕРВИС» *в целом* на основании подпункта 1) пункта 62 Правил - непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с условиями Правил (в соответствии с пунктом 58 оригинал гарантийного обеспечения прикладывается к тендерной заявке отдельно); *по лоту № 2* на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (технические спецификации потенциального

поставщика не соответствуют параметрам заказчика: несоответствие параметров удлинения ложа и габаритов кровати, масса кровати без оборудования и матраца выше параметров заказчика и т.д.).

Отклонить тендерную заявку ТОО «МедМаркет-Эксперт» по лотам № 6 и № 10 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (по лоту № 6 технические спецификации не соответствуют параметрам заказчика: в комплектации по регистрационному удостоверению отсутствуют ЭКГ на 12 отведений, перезаряжаемая литий-ионная батарея; по лотам № 6 и № 10 в пункте 4 технических спецификаций указан ИНКОТЕРМС 2010, также отсутствует пункт 7 «Требования к сопутствующим услугам»).

Отклонить тендерную заявку ИП Кабанов А.А. по лоту № 1 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (в технической спецификации потенциального поставщика указаны защитные амортизаторы диаметром 90 мм, вместо требуемых не более 80мм); на основании подпункта 11) пункта 62 Правил - если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье (в технической спецификации потенциального поставщика указана электрическая регулировка продольных наклонов ложа в пределах +/- 16 градусов, однако в регистрационном досье угол наклона ложа указывается в пределах от мин. 12 до макс. 18 градусов); по лоту № 2 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (в технической спецификации потенциального поставщика указаны защитные амортизаторы диаметром 90 мм, вместо требуемых не более 80мм); на основании подпункта 11) пункта 62 Правил - если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье (в технической спецификации потенциального поставщика указана электрическая регулировка продольных наклонов ложа в пределах +/- 16 градусов, однако в регистрационном досье угол наклона ложа указывается в пределах от мин. 12 до макс. 18 градусов); по лоту № 3 на основании подпункта 7) пункта 62 Правил - представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей условиям тендерной документации (отсутствуют рельсы для крепления специализированного дополнительного оборудования; максимальная нагрузка на полку для монитора до 2 кг, вместо требуемых не менее чем до 14кг; блок фототерапии имеет 15 светодиодов для фототерапии и 2 светодиода для освещения, вместо требуемых не менее 16 светодиодов для фототерапии и не менее 6 светодиодов для освещения); на основании подпункта 11) пункта 62 Правил - если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье (в технической спецификации потенциального поставщика указана гидравлическая регулировка угла наклона ложа от +15 до -15 градусов, однако в регистрационном досье угол наклона ложа указывается в пределах от +10 до -10 градусов).

Отклонить тендерную заявку ИП MEDGROUP по лоту № 1 на основании подпункта 11) пункта 62 Правил - если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье (в технической спецификации потенциального поставщика указана электрическая регулировка продольных наклонов ложа в пределах +/- 16 градусов, однако в регистрационном досье угол наклона ложа указывается в пределах от мин. 12 до макс. 18 градусов; защитные амортизаторы заявлены диаметром 80мм, а в досье указан диаметр 90мм; регулировка спинной секции в технической спецификации от 0° до 70°, согласно регистрационного досье данный показатель указан до 85°); по лоту № 2 на основании подпункта 11) пункта 62 Правил - если техническая характеристика заявленной медицинской техники не соответствует технической характеристике и (или) комплектации, определенной регистрационным удостоверением и (или) регистрационным досье (в технической спецификации потенциального поставщика указана электрическая регулировка продольных наклонов ложа в пределах +/- 16 градусов, однако в регистрационном досье угол наклона ложа указывается в пределах от мин. 12 до макс. 18 градусов; защитные амортизаторы заявлены диаметром 80мм, а в досье указан диаметр 90мм; регулировка спинной секции в технической спецификации от 0° до 70°, согласно регистрационного досье данный показатель указан до 85°).





**7. Наименование и местонахождение победителя по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель.**

По результатам рассмотрения представленных тендерных заявок тендерная комиссия **РЕШИЛА:**

- признать победителем тендера ТОО «Lifetech», г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, д. 41/49, оф. 309, по лоту № 1, № 2 и № 3 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил;

- признать победителем тендера ТОО «U.M.C. Kazakhstan», г. Алматы, район Ауэзовский, мкр. 10, дом 32, по лотам № 4, № 5, № 9 и № 10 на основании пункта 14 Правил – если в закупе по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем и (или) производителем государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), представивший заявку, соответствующую условиям объявления или приглашения на закуп и условиям Правил, такой потенциальный поставщик признается победителем, а заявки других потенциальных поставщиков автоматически отклоняются; по лоту № 7 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил;

- признать победителем тендера ТОО «DALEON», г. Алматы, микрорайон Самғау, ул. Куренбел, дом 51, по лоту № 8 на основании пункта 66 Правил – в отсутствие конкуренции по лоту или при отклонении тендерных заявок конкурентов по лоту победителем тендера признается потенциальный поставщик, чья тендерная заявка признана тендерной комиссией единственной соответствующей условиям объявления и условиям Правил.

Закуп медицинской техники на 2024 год способом проведения тендера по лоту № 6 признан несостоявшимся на основании пункта 65 Правил в связи с отклонением всех тендерных заявок потенциальных поставщиков.

**8. Срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа.**

Заказчикам направить победителям подписанные договора закупа в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов тендера. Победитель тендера подписывает договор закупа в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения договора, либо письменно уведомляет о несогласии с его условиями или отказе от подписания.

**9. Информация о привлечении экспертной комиссии.** Заказчиками определены эксперты профильных специальностей для экспертизы заявок на предмет соответствия медицинской техники техническим спецификациям в объявлении.

**За решение проголосовало:**

«За» - 3

«Против» - 0

«Воздержались» - 2

**Председатель тендерной комиссии**

**Зам. председателя тендерной комиссии**

**Члены тендерной комиссии:**

**Секретарь тендерной комиссии**



**Байдрахимов Г.Б.**

**Алтенов К.С.**



**Байкетаева М.К.**

**Бакиров Е.С.**



**Акильжанов К.Р.**



**Мергалимова А.А.**